

SHARP

旧シリーズ (生産完了モデル) リプレースに関するごあんない

■ シャープ「超音波洗浄装置」

● 保守サービス期間について

弊社では「製品の生産完了後7年間」を目安として保守サービスを実施しております。しかしながら、装置を構成する基幹部品において、部品メーカーでの生産完了も発生しております。

できる限り、代替部品を再選定し、保守対応に万全を期しておりますが、やむを得ず「7年以内であっても、保守対応できない場合もございます」ので、何卒ご了承ください。

なお、製品の生産完了後、7年以上経過している場合でも、部品が確保できるものについては、保守サービスを継続させていただいております。

● リプレースに関するごあんない

本ごあんないは「代表例」です。

既設「超音波洗浄装置」の機種構成/許容スペースetc. の条件により、いくつかの選択肢が考えられます。

詳細につきましては、最寄りの下記「弊社窓口」までご相談ください。

● お問い合わせ窓口(工業用)

東京

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号
Tel: (043) 299-8706 / Fax: (043) 299-8466

名古屋

〒454-0011 愛知県名古屋市中川区山王3丁目5番5号
Tel: (052) 332-2691 / Fax: (052) 332-5671

大阪

〒581-8581 大阪府八尾市跡部本町4丁目1番33号
Tel: (072) 991-0587 / Fax: (072) 991-0626

● お問い合わせ窓口(医用)

東京

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号
Tel: (043) 299-8092 / Fax: (043) 299-8466

大阪

〒581-8581 大阪府八尾市跡部本町4丁目1番33号
Tel: (072) 991-0166 / Fax: (072) 991-0626

福岡

〒812-0881 福岡市博多区井相田2丁目12番1号
Tel: (092) 572-2911 / Fax: (092) 572-9204

● 保守サービス対応機種

生産完了モデル					
品名	形名	修理対応可否	生産完了年/月	保守サービス完了年/月	リプレース推奨モデル
2槽式医用超音波洗浄装置	MU-624	可	2018/04	2025/04	MU-624K
	MU-624A				MU-624AK
医用超音波洗浄装置	MU-3000				MU-3500
	MU-3000E				MU-3500E
歯科用洗浄装置	MU-20				「リプレース推奨モデル」を設定しておりません。
ジェットウォッシャー 超音波洗浄装置	MU-5502				MU-5300D2
	MU-5503				MU-5300D3
	MU-5504				MU-5300D4
	MU-5100				MU-7100
	MU-5200				MU-7200
	MU-5200D				MU-7200D
	MU-5200H				MU-7200
	MU-5200HD				MU-7200D

● 保守サービス完了機種

生産完了モデル					
品名	形名	修理対応可否	生産完了年/月	保守サービス完了年/月	リプレース推奨モデル
卓上型超音波洗浄機	UT-51N	否	1993/03	2000/03	UT-106(H)/206(H)/306(H)/606(H)
	UT-53		1996/05	2003/05	
	UT-53N		2004/11	2011/11	
	UT-104/204/54W/314M		1994/09	2001/09	
	UT-304/604		1995/03	2002/03	
	UT-105(H)/205(H)/305H/605H		2002/05	2009/05	
	UT-105S(HS)/205S(HS)/305S(HS)/605S(HS)		2007/05	2014/05	
	UT-305/605 (マイナーチェンジ以降の製品)		2002/05	2009/05	
	UT-305/605 (マイナーチェンジ前の製品)		1997/04	2004/04	
	MU-104/204/304/604		1992/10	1999/10	
	QW-100		2001/07	2008/07	
UT-314	2010/10	2017/10	---		
小型真空超音波洗浄機	UT-300V/300VL		2008/12	2015/12	出荷数量の減少にともない、「リプレース推奨モデル」を設定しておりません。
超音波洗浄装置	UC-302A(S)/602A(S)		1994/09	2001/09	UC-302BS/602BS
	UC-500		1995/09	2002/09	UC-600 シリーズ
MU-214		1994/07	2001/07	出荷数量の減少にともない、「リプレース推奨モデル」を設定しておりません。	
UC-500用 乾燥機	UC-501		2003/03	2010/03	
メタルマスク版用 超音波洗浄装置	UC-400		2004/06	2011/06	
スクリーン版洗浄装置	UC-4100 シリーズ		2008/06	2015/06	特注対応*
	UC-4100		1994/03	2001/03	UC-4500
	UC-4700		1999/05	2006/05	
UC-4700用 乾燥機	UC-470D		2003/03	2010/03	出荷数量の減少にともない、「リプレース推奨モデル」を設定しておりません。
超音波発振機/振動子	UT-602R/UI-602R		1994/03	2001/03	UT-604R/UI-604R UT-628R/UI-628R
超音波洗浄装置	MU-1026S シリーズ		1977/12	1984/12	MU-7100/7200 MU-5300 シリーズ
	MU-632 シリーズ (特別仕様を除く)				
	MU-1200				
	MU-1400 シリーズ				
	MU-623		1985/04	1992/04	MU-624
ジェットウォッシャー洗浄装置	SM-1090S(W)		2003/04	2010/04	
	SM-700		2000/03	2007/03	MU-6100/6200
	MJ-700(M)		2003/03	2010/03	
ジェットウォッシャー 超音波洗浄装置	MU-800/810シリーズ		2008/04	2015/04	MU-7100/7200
	MU-5030シリーズ	否 (一部可)	2008/08	2015/08	MU-5300シリーズ
チューブ洗浄装置	MU-70		1992/01	1999/01	MU-72/MU-72K(要注生産)
乾燥装置	UG-511(R)	否	2003/03	2010/03	UG-511S(SR)
医用潤滑防錆剤	MM-100	---	2003/02	2010/02	MM-100L
フロン吸着機	UC-261/262/263	否	1994/03	2001/03	特定フロン全廃にともない、「リプレース推奨モデル」を設定しておりません。
フロン脱着機	UC-270				
フロン捕集ダクト	U-261D/262D/263D				
フロン回収用 カートリッジ式カーボンタンク	U-260C				

* 特注対応につきましては、最寄りの弊社窓口までご相談ください。